


放射能測定結果報告書

フォレストパーク メロンの森
有限会社ライフステージ 殿

放射性同位元素等使用許可番号
水使第176号

株式会社
本社・水戸研究所
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地



平成23年10月18日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

1. 試料

試料名	ブルーベリー畑 土壌A
採取場所	—
採取日時	平成23年10月17日 17時30分
採取者	—

2. 測定日時

平成23年10月18日 9時31分

3. 測定結果

測定項目		測定結果*1	
		原体	乾物換算値*2
放射性ヨウ素	I-131	<23 Bq/kg	<36 Bq/kg
	Cs-134	580 Bq/kg	910 Bq/kg
	Cs-137	710 Bq/kg	1110 Bq/kg
	Cs-136	<10 Bq/kg	<16 Bq/kg

注記)*1測定結果中の不等号(<)の付いている数値については、検出下限値を示す。

注記)*2乾物換算値は原体測定値を含水率により補正した値を示す。

含水率: 36.1 %

・前処理方法:平成4年 科学技術庁 放射能測定法シリーズ 24

「緊急時におけるガンマ線スペクトロメリーのための試料前処理法」に準拠

・測定方法:平成4年 科学技術庁 放射能測定法シリーズ 7

「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー」に準拠